MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-449	PS/RJC/142830

PRODUCTO

Conector ANRYV.

Kits de productos que contienen conectores ANRYV:

- LEO
- SCOPERNIC
- SECLIPSE

Ver referencias afectadas en el anexo de la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA

Conector ANRYV utilizado como accesorio en radiología intervencionista que permite la conexión entre los dispositivos durante el procedimiento.

Los stents autoexpandibles LEO están indicados para el tratamiento de aneurismas intracraneales asociado a la embolización con espirales.

Los catéteres de oclusión COPERNIC / ECLIPSE están indicados para uso en el sistema neurovascular y periférico, a fin de detener o controlar temporalmente el flujo sanguíneo, para tratar vasoespasmos y para la embolización de aneurismas asistida por balón.

Nº LOTE

Ver nºs de lote afectados en el anexo de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Balt Extrusion SAS, Francia.

DISTRIBUIDOR

BALT SPAIN. C/Villarroel, 52, 08011 Barcelona.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes del conector ANRYV y de los kits de productos que incorporan este conector, debido a una posible contaminación por endotoxinas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: PHQ9MJG7R7L8HPNW176C**
Fecha de la firma: 11/09/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es