ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-450	PS/MBF/143571

PRODUCTO
Sistemas Centricity High Acuity Anesthesia y Centricity High Acuity Critical Care.

FINALIDAD PREVISTA
Introducir, registrar, almacenar, transferir, ver y analizar las tendencias de los datos de los pacientes, así como planificar el tratamiento.

VERSION SOFTWARE
Ver en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
GE Healthcare Finland Oy, Finlandia.

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España, SAU. C/ Gobelas, 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas versiones de software de los sistemas Centricity High Acuity Anesthesia y Centricity High Acuity Critical Care debido a la posibilidad de que la prescripción de medicación que muestren esté incompleta y no se muestre la medicación real del paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.