ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-452	PS/MJF/143697

PRODUCTO
Centricity Enterprise Archive, Enterprise Archive, Centricity PACS y Centricity PACS Server.
Ver productos afectados y sus versiones en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
GE Healthcare., EEUU.

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España, S.A. Calle Gobelas, 35-37. 28023, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas versiones de producto de Centricity Enterprise Archive, Enterprise Archive, Centricity PACS y Centricity PACS Server, debido a la posibilidad de que, en determinadas condiciones, los datos de imagen históricos que se han migrado desde un sistema anterior puedan haberse asociado incorrectamente a un paciente distinto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 5MW5AFSJR21ZG37CP1B3**
Fecha de la firma: 15/09/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89