MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-460	PS/NAM/143713

PRODUCTO
Panoscreen III, referencia 0002381.
UDI-DI: 10888234000303.

FINALIDAD PREVISTA
Kit para la detección de anticuerpos inesperados contra antígenos de grupos sanguíneos eritrocitarios.

Nº LOTE
26137.

FABRICANTE
Immucor Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Werfen España SAU, Plaza de Europa 21-23, L´Hospitalet de Llobregat, 08908 Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el lote 26137 de Panoscreen III, referencia 002381, debido a que el kit se envasó utilizando una lista maestra incorrecta. El lote debería haberse envasado con la lista maestra "26137A" sin embargo, se envasó utilizando la lista maestra "26137".

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.
- Lista maestra 26137A.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 9CHBD66FBL8TQ2F9ECCC**
Fecha de la firma: 21/09/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89