ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-459	PS/AVG/143635

PRODUCTO
Sistemas de resonancia magnética con Imágenes tensoriales de difusión (DTI).
Ver nombres y números de modelo afectados en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.

VERSION DE SOFTWARE
R11, R12 y R13

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland B.V., Holanda.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A.U. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionas con determinados sistemas de resonancia magnética con Imágenes tensoriales de difusión (DTI), debido a la posibilidad de que las exportaciones realizadas utilizando el formato DICOM de RM mejorada contengan datos de direcciones de difusión incorrectos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.