ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-466	PS/PRV/143849

PRODUCTO
Aguja de inyección citoscópica Williams.
Número de referencia de la pieza (RPN): 090001-S26/ Número de pedido (GPN): G16112

FINALIDAD PREVISTA
Utilizada para la inyección por cistoscopia en la uretra, el cuello vesical y la pared vesical.

Nº LOTE
16613606

FABRICANTE
Cook Incorporated, Irlanda.

DISTRIBUIDOR
Cook España S.L. C/ Vía Augusta, 2 bis - 5ª planta, 08006, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 16613606 de las agujas de inyección citoscópica Williams, referencia de la pieza (RPN) 090001-S26 y Número de pedido (GPN) G16112, debido a la posibilidad de que el adaptador hembra del cierre Luer (Luer-Lock) no quede encajado correctamente por un defecto de fabricación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.