ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-473	PS/RJC/143715

PRODUCTO
IOMAX Cortical Module. Número de referencia 190296-200.

FINALIDAD PREVISTA
Mide y muestra las señales eléctricas que generan los nervios periféricos, los músculos y el sistema nervioso central.

Nºs SERIE
19029607AA0326017
19029607AA0326016
19029607AA0226016

FABRICANTE
Cadwell Industries, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Almevan. Avda. Valdelaparra, 27 - Edificio I - Plta. 3, 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados números de serie del módulo IOMAX Cortical debido a un posible defecto en las placas de circuito impreso ensambladas (PCBA) que incorpora.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: LQDE4KRML8VGHG7BA23C**
Fecha de la firma: 28/09/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89