# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2026-475 | PS/AVG/143732 |

**PRODUCTO**

- Tubo de traqueotomía Tracoe Vario P con sistema de inserción mínimamente traumático
- Kit Tracoe Experc Set Vario

Ver números de referencia afectados en la nota de aviso de la empresa.

**FABRICANTE**

Tracoe Medical GmbH, Alemania.

**DISTRIBUIDOR**

Coloplast Productos Médicos S.A.U. Calle de la Condesa de Venadito, 5, Cdad. Lineal, 28027 Madrid.

**ASUNTO**

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados tubos de traqueotomía Tracoe Vario P y kits TRACOE Experc para traqueostomía percutánea, debido a la posibilidad de que el manguito de silicona se desprenda del catéter guía al retirar el sistema de inserción del tubo de traqueotomía.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.