MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2026-478 | PS/VBR/144360 |

**PRODUCTO**
Sistema de rayos X Radiography 7000 M. Referencia: 712010. UDI: 00884838115521

**FABRICANTE**
Philips Medical Systems DMC GmbH, Alemania.

**DISTRIBUIDOR**
Philips Ibérica S.A.U. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050, Madrid.

**ASUNTO**
Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema de rayos X Radiography 7000 M, referencia 712010, debido a la posibilidad de que la función de accionamiento pueda fallar inmediatamente después de una exposición, lo que ocasionaría que el sistema permaneciera inmóvil.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)** **CSV: X3KLT4QZDSG1MAXPME20**
**Fecha de la firma: 02/10/2026**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89