ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-482	PS/MBF/143702

PRODUCTO
Kits Vantage Plus, All Pupil II, LED, Bulb, Student, Digital y LIO
Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Oftalmoloscopios indirectos.

FABRICANTE
Keeler Ltd, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR

- AJL OPHTHALMIC S.A. Parque Tecnológico Álava, C/ Ferdinand Zeppelin, 1. 01510 Miñano (Álava).
- OFTALMICA BONET S.A. C/ del General Zabala 4, 28002 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados kits Vantage Plus, All Pupil II, LED, Bulb, Student, Digital y LIO que incorporen baterías de litio Slimline (Rev. A), referencia: EP59-49750, debido a un posible riesgo de incendio de la batería.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.