MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-483	PS/MJF/144148

PRODUCTO

- Conjunto de rotor SW40, referencia 331302
- Conjunto de rotor SW41, referencia 331362

Nº SERIE

Ver números de serie afectados para cada rotor en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Beckman Coulter, Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Beckman Coulter S.L.U; Torre Realia, Pza Europa 41-43, 4º pl. 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie de los rotores SW40 y SW41 cuando se utilizan en determinadas centrífugas OPTIMA, debido a la posibilidad de rotura durante su uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/10/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: X2XE9Z4AY3B9VQNKX93C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89