ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-488	PS/MJF/143241

PRODUCTO
Aplicación Dexcom G7 para iOS. UDI: 00386270001863.

FINALIDAD PREVISTA
Aplicación del sistema de monitorización continua de glucosa (MCG) Dexcom G7.

VERSION SOFTWARE
2.12

FABRICANTE
Dexcom Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Dexcom España; Av. de Aragón, 330. 28022 San Blas-Canillejas, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con la versión de software 2.12 de la aplicación Dexcom G7 para iOS, debido a que las alertas no críticas no suenan cuando la configuración del teléfono está en modo silencio o en modo concentración.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Nota informativa PS, 42/2026

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.