DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-490	PS/AVG/144591

PRODUCTO
DORMO-STRIP Extractor de Venas de Un Solo Uso. Número de referencia: VE-022. Código: TCS01. UDI-DI: 8427734000953

FINALIDAD PREVISTA
Destinados a la extracción quirúrgica (stripping) de venas varicosas.

Nº LOTE
125/06-26 y 367/06-26.

FABRICANTE
TELIC, S.A.U., España.

DISTRIBUIDOR
Telic, S.A.U. Polígono Industrial Can Barri. C/ Molí d'en Barri 7, 08415 Bigues i Riells, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de los lotes 125/06-26 y 367/06-26 de los extractores de venas DORMO-STRIP, debido a la posibilidad de que la integridad de la barrera estéril se vea comprometida durante su vida útil por una disminución de la resistencia del sellado de la bolsa de envase.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: K7P62PFSFD5LMR1DW755**
Fecha de la firma: 06/10/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89