MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-491	PS/VBR/144508

PRODUCTO
Limpiador de puntas de electrodo BLAYCO. Modelo: AL-40. Referencia: TCG01.
UDI-DI: 8427734006610

Nº LOTE
211/05-26, 215/05-26 y 217/05-26

FABRICANTE
TELIC S.A.U., España.

DISTRIBUIDOR
TELIC, S.A.U. Polígono Industrial Can Barri. C/ Molí d'en Barri 7, 08415, Bigues i Riells, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de los lotes 211/05-26, 215/05-26 y 217/05-26 del limpiador de puntas de electrodo BLAYCO, debido a un problema de homogeneidad del adhesivo del sellado del envase que podría comprometer la esterilidad del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: YA55PG71JML6AX3LGE52**
Fecha de la firma: 08/10/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89