ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-495	PS/NAM/144732

PRODUCTO
Carro Accesorio VERSA, modelo 1000-0021.

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de rayos X portátil diseñado para proporcionar visualización fluoroscópica general.

Nº SERIE
VC0165

FABRICANTE
Ziehm-Orthoscan, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Ziehm Imaging Spain SLU. Calle Oller 13, Locales 15 y 16 Parque Empresarial Táctica. Paterna, 46980 Valencia.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el número de serie VC0165 del carro accesorio Versa, modelo 1000-0021, debido a un defecto de soldadura en la torre del carro que podría provocar la separación de la estructura de montaje del brazo del monitor y el movimiento involuntario o caída del conjunto de soporte de la pantalla.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: V5MJ99NR9P6HXJG6V613**
Fecha de la firma: 08/10/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89