MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-494	PS/EML/144467

PRODUCTO
Batería para desfibrilador SCHILLER FRED easy.
Referencia: 4-07-0001

FINALIDAD PREVISTA
Desfibrilación externa automatizada.

NºLOTE
HYB 26-0164

FABRICANTE
SCHILLER MEDICAL, Francia.

DISTRIBUIDOR
SCHILLER ESPAÑA, S.A.U. C/ Dublín, 1 - Of. 2 - Europólis, 28232 Las Rozas, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el lote HYB 26-0164 de las baterías 4-07-0001 de los desfibriladores SCHILLER FRED easy, debido a la posibilidad de que no funcionen correctamente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: HPS1LTMWWSCPKTNB51C2**
Fecha de la firma: 08/10/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es