MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-500	PS/AVG/144921

PRODUCTO
Corpuls3 y Corpuls3T. Números de artículo: 04100, 04100.2 y 04101

FINALIDAD PREVISTA
Medición y monitorización de constantes vitales, además de desfibrilación, cardioversión o estimulación del ritmo cardiaco en pacientes tanto en el campo clínico como el preclínico, por personal médico especializado debidamente preparado y formado en el uso de este equipo.

FABRICANTE
GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Hospital Hispania, S.L. Avenida del Camino de lo Cortao, 6, nave 3, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados desfibriladores/monitores Corpuls3 y Corpuls3T, debido a la posibilidad de que se interrumpa temporalmente la visualización de la pantalla.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 6ZV8ERYLE63NA6GSL813**
Fecha de la firma: 13/10/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89