ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-501	PS/AVG/144440

PRODUCTO
Sistema de ecografía diagnóstica Philips Lumify.
UDI: Android: (01)00884838122116(21), iOS: (01)00884838124141(21)

FABRICANTE
Philips Ultrasound LLC, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas de ecografía diagnóstica Philips Lumify, debido a la posibilidad de pérdida o retraso de la funcionalidad de escaneo porque la aplicación Lumify no reconozca un transductor registrado previamente y solicite un nuevo registro, o bien porque la conexión entre el cable USB del transductor Lumify y la tableta o el teléfono del cliente se desconecte o sea inestable.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: MJYASH1XJM6AZLPF60FC**
Fecha de la firma: 13/10/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89