DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-502	PS/AVG/143701

PRODUCTO
Camillas de ducha Arjo Carevo fabricadas entre el 1 de agosto de 2015 y el 29 de octubre de 2025.

FABRICANTE
ArjoHuntleigh AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR
Arjo Iberia, S.L. Polígono Can Salvatella, Carrer Cabanyes, 1-7, 08210, Barberà del Vallès, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas camillas de ducha Arjo Carevo, debido a la posibilidad de apertura del soporte lateral de forma involuntaria durante su uso cuando las asas no están completamente bloqueadas y se aplica una fuerza adicional durante la manipulación del paciente, o bien por un defecto en el muelle de torsión de la camilla.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa 1 (camillas fabricadas entre el 1 de agosto de 2015 y el 20 de febrero de 2024)
- Nota de aviso empresa 2 (camillas fabricadas entre el 21 de febrero de 2024 y el 31 de julio de 2025)
- Nota de aviso empresa 3 (camillas fabricadas entre el 1 de agosto de 2025 y el 29 de octubre de 2025)
- Instrucciones de uso actualizadas
- Nota informativa AEMPS PS, 2026/43

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 2BFKHA2BPVZMCFP3TA5A**
Fecha de la firma: 14/10/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89