MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-509	PS/NAM/143032

PRODUCTO
Carros LUNA X5 utilizados con los elevadores de techo LUNA X5 y LUNA IPX4 de Winncare.
UDI-DI: 05740008103246, 05740008103253, 05740008103260, 05740008103062 y 05740008103277.

FINALIDAD PREVISTA
Carro instalado en el sistema de carril, que incorpora el soporte de bayoneta utilizado para montar y bloquear el elevador mediante la cinta cuando se emplea en configuración portátil.

FABRICANTE
WINNCARE Nordic ApS., Dinamarca.

DISTRIBUIDOR
Winncare Spain, S.L.U. Carretera Masía del Juez 37B, Pol. Ind. Masía del Juez, Torrent, 46909 Valencia.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los carros LUNA X5 utilizados con los elevadores de techo LUNA X5 y LUNA IPX4 de Winncare, debido a un potencial uso incorrecto del mecanismo de bloqueo del carro.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa
- Nota informativa PS, 44/2026

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: GY8G7M9HAJHCVNQJE5F0**
Fecha de la firma: 23/10/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89