

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-513	PS/MJF/145785
PRODUCTOS - C82964 Kit DVD de LabPro V 5.0, Actualización de mantenimiento 1 con actualización del panel 09 (MR), referencia C82964 y UDI 15099590751302 - C90384 Actualización de mantenimiento 1 de LabPro V5.0 con actualización del panel 09 (MR), referencia C90384 y UDI 150995907k72451	
FINALIDAD PREVISTA El sistema de Gestión de Datos LabPro es un programa informático cuya finalidad es gestionar tanto los datos de identificación microbiana (ID) como los datos de las pruebas de sensibilidad a los agentes antimicrobianos (AST), generados por los instrumentos MicroScan o introducidos manualmente a partir de los resultados de pruebas microbiológicas.	
FABRICANTE Beckman Coulter Inc, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Beckman Coulter S.L.U; Torre Realía, Pza Europa 41-43, 4º pl. 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con las actualizaciones de mantenimiento de LabPro V5.0, referencias C82964 y C90384, debido a errores en la implementación del software en determinados instrumentos que pueden afectar a las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

