ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-512	PS/PL/145488

PRODUCTO
Sistema de automatización de laboratorio FlexLab X.

FABRICANTE
Inpeco SA, Suiza.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare Diagnostics Inc, Avenida Leonardo Da Vinci, 15, 28906 Getafe.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con la posibilidad de que determinados componentes del sistema automatizado de laboratorio FlexLab X podrían no haber sido apretados correctamente, lo que puede provocar un retraso en el procesamiento de las muestras por un mal funcionamiento o posibles lesiones al personal de laboratorio.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notificaPS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.