MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-515	PS/RJC/144354
PRODUCTO Instrument Channel Brush. Ver modelos y UDI en el Anexo A de la nota de aviso.	
FINALIDAD PREVISTA Limpieza de los canales y lúmenes de artículos canulados utilizando una solución de limpieza adecuada.	
Nº LOTE Ver nºs de lote afectados en el Anexo A de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Healthmark Industries Co., INC., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Pergut Medical SL. C. Isla de la Palma, 32, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados modelos de Instrument Channel Brush debido a la posibilidad de que haya un borde afilado o una rebaba en el extremo del cepillo.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: EFRFN8FRKASSMTAW14D5**
Fecha de la firma: 26/10/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es