ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-523	PS/MBF/146212

PRODUCTO
Analizadores de la serie CN: CN-3000, CN-6000, CN-3500 y CN-6500.
Ver referencias y UDI-DI en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Analizadores de coagulación sanguínea totalmente automatizados destinados a medir parámetros de hemostasia utilizando métodos de coagulación, cromogénicos, inmunoensayo y agregación.

FABRICANTE
Sysmex Corporation Japan, Japón.

DISTRIBUIDOR
Sysmex España S.L.U. Av. Baix Llobregat, 3-5, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los analizadores de coagulación sanguínea de la serie CN debido a un posible riesgo de resultados de medición falsamente bajos asociados a la acumulación de depósitos en la sonda del Brazo de Muestra B.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa
- Instrucciones para los usuarios sobre cómo limpiar la sonda

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.