ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-524	PS/VBR/144996

PRODUCTO
Equipos de respiración de las series LUISA, TIVAN LS y Life One. Modelo: LM150TD.

VERSION SOFTWARE
1.15.0010 y 1.15.0018

FABRICANTE
Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Löwenstein Medical Iberia S.L. C/ Alfonso XII, 62, 2a planta Edificio "Spaces Retiro", 28014, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con las versiones de software 1.15.0010 y 1.15.0018 de los equipos de respiración de las series LUISA, TIVAN LS y Life One, modelo LM150TD, debido a la posibilidad de que se produzca un fallo de comunicación entre el sistema electrónico del aparato y la batería interna o externa, por lo que el nivel de carga de la batería podría no actualizarse correctamente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.