MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-525	PS/PRV/145967

PRODUCTO

Sistemas de densitometría ósea Horizon DXA:

- Horizon-W, UDI-DI 15420045505834
- Horizon WI, UDI-DI 15420045505865

Fabricados entre el 11 de diciembre de 2024 y el 16 de enero de 2025

FABRICANTE

Hologic Inc., EEUU

DISTRIBUIDOR

Hologic Iberia S.L., Calle Arequipa 1, Edificio Mar de Cristal, 28043 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de densitometría ósea Horizon-W y Horizon-WI, debido a la posibilidad de que se instalaran con cables VGA que no cumplen los requisitos de compatibilidad electromagnética aplicables, lo que puede presentar un riesgo de interferencias para usuarios o pacientes con implantes activos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: JBMWAMCVJRBMLTHFX5C4**
Fecha de la firma: 29/10/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89