ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-526	PS/RJC/142339

PRODUCTO
Sistemas de ultrasonido EPIQ Elite con el transductor C5-1.

VERSION SOFTWARE
14.0.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland B.V., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A. C/ María de Portugal nº1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas de ultradonido EPIQ Elite que utilizan el transductor C5-1 con el preajuste específico de tejido Abd Vasc TSP, debido a la posibilidad de que las mediciones de la Onda pulsada (PW) no se muestren con precisión, lo que podría dar lugar a una imagen, una medición o un contenido incorrectos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 9TJB1876LYSYCX35LA63**
Fecha de la firma: 29/10/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89