ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-535	PS/EML/145492

PRODUCTO
Mesas quirúrgicas TruSystem 7000 y TruSystem 7500.
Ver códigos de producto, UDI y números de serie afectados en el Anexo A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Baxter, S.L. Avenida de Europa, 4, 2ª planta D, Edificio Bruselas, 28108, Alcobendas.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas mesas quirúrgicas TruSystem 7000 y TruSystem 7500, debido a un problema relacionado con el mecanismo principal de elevación por el que cual la mesa puede caer inesperadamente de su posición establecida a su posición más baja durante la cirugía, lo que puede provocar un desplazamiento abrupto del paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.