MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-537	PS/PRV/145729

PRODUCTO
Sistemas de elevación de pacientes montado en el techo Likorall.
Ver códigos de producto, rangos de números de serie y UDIs afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Elevación y traslado de pacientes

FABRICANTE
Liko AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR
Baxter, S.L., Avda Europa 4, 2ª planta. 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de elevación de pacientes de techo Likorall, debido a la posibilidad de que se produzca una rotura del eje del motor y un fallo en el sistema de Seguridad por Fallo Único (SFS), lo que podría provocar la caída del paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa para profesionales sanitarios (producto fuera de la vida útil)
- Nota de aviso empresa para profesionales sanitarios (producto dentro de la vida útil)
- Nota de aviso para usuarios en el domicilio.
- Nota informativa PS, 46/2026

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: TFCZF9MPLXDQM41TW5B7**
Fecha de la firma: 05/11/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89