MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-543	PS/NAM/146475

PRODUCTO
YEASTONE BROTH 11ml, 10/box, referencia YY3462.

FINALIDAD PREVISTA
Medio para la suspensión de aislados puros de microorganismos aislados de muestras clínicas destinados a la inoculación de las placas Sensititre YeastOne como parte del sistema Thermo Scientific Sensititre, que es una prueba semicuantitativa destinada a pruebas de sensibilidad antifúngica *in vitro*.

Nº LOTE
4541819.

FABRICANTE
Thermo Fisher Scientific, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR
Thermo Fisher Diagnostics S.L.U. Ctra. de L'Hospitalet, 147- 149, 08940, Cornellà de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización del lote 4541819 del medio de cultivo YEASTONE BROTH, referencia YY3462, debido a la posibilidad de una contaminación bacteriana, lo que podría dar lugar a una prueba de la placa YeastOne Sensititre fallida debido a pocillos con resultados positivos o indeterminados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 9BDP57TGZ8JMKK7A60DD**
Fecha de la firma: 10/11/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89