ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-545	PS/AVG/145968

PRODUCTO
Adaptador de presión invasiva dual. Número de producto: 989803199741
UDI: 00884838085299

FINALIDAD PREVISTA
Posibilita la conexión de un dispositivo de medición Philips específico con dos transductores de presión de terceros mediante cables de presión existentes de terceros.

FABRICANTE
Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los adaptadores de presión invasiva dual de Philips, debido a la posibilidad de que se pierda la protección contra desfibrilación si se conectan simultáneamente dos transductores sin protección antidesfibrilación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 2BKHP1LFERNN4CYEH5FA**
Fecha de la firma: 10/11/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89