MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-548	PS/MJF/146710

PRODUCTO
Programador Clínico de los Sistemas de Estimulación Cerebral Profunda Vercise
Ver número de material / UPN y GTIN en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Boston Scientific Neuromodulation Corporation, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Boston Scientific Ibérica, SA. Parque Empresarial Puerta de las Naciones, C/ Ribera del Loira 46, Ed. 2. 28042, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el Programador Clínico de los Sistemas de Estimulación Cerebral Profunda Vercise, debido a que las funciones de la estimación de la vida útil de la batería del generador de impulsos implantable (IPG) no recargable y la estimación del número de recargas de la batería del IPG recargable, puedan ser inexactas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 7YTJJT271T2MGJD4HC3E**
Fecha de la firma: 11/11/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89