MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2026-551 | PS/EML/146724 |

**PRODUCTO**
Diluyente COULTER DxH, referencia: 628017 y UDI: 15099590233686.

**FINALIDAD PREVISTA**
Reactivo utilizado en los analizadores hematológicos Beckman Coulter DxH.

**FABRICANTE**
Beckman Coulter, Inc., EEUU.

**DISTRIBUIDOR**
Beckman Coulter S.L.U. Torre Realia, Plaza Europa 41-43,08908, L'Hospitalet De Llobregat,Barcelona.

**ASUNTO**
Advertencias de seguridad relacionadas con el producto Diluyente COULTER DxH, referencia 628017, debido a la posibilidad de que se produzca un fallo en el control de fondo de plaquetas (PLT) durante el ciclo de controles diarios, lo que también podría afectar al parámetro de volumen plaquetario medio (VPM).

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)** **CSV: W8PED6YYK3VZJKCEH729**
**Fecha de la firma: 12/11/2026**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*