MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-555	PS/MJF/146998

PRODUCTO
Thermo Scientific Remel *Haemophilus Influenzae* Type a 2ml/VL
Referencia R30166001, UDI-DI 05056080501079

FINALIDAD PREVISTA
Suero aglutinante destinado a la identificación serológica del tipo de antígeno de cepas patógenas de *Haemophilus influenzae* (tipo a) para fines epidemiológicos y de diagnóstico.

Nº LOTE
6261180 y 6134913

FABRICANTE
Remel Europe Ltd, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR
Thermo Fisher Diagnostics S.L.U; Ctra de L'Hospitalet 147-149. 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización de los lotes 6261180 y 6134913 del suero aglutinante Thermo Scientific Remel *Haemophilus Influenzae* Type a 2ml/VL, referencia R30166001, debido a la posibilidad de que se produzcan resultados falsos negativos para ATCC 9006.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 1Q7177VWV4JJLTJ473D7**
Fecha de la firma: 13/11/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89