DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-558	PS/PRV/145204

PRODUCTO
Productos de ortodoncia metálicos.
Ver productos afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
American Orthodontics, EEUU.

DISTRIBUIDOR
American Orthodontics Spain S.L., Parque Gardeny S/N 2-9 25003 Lleida.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados productos de ortodoncia metálicos, debido a que durante las exploraciones por resonancia magnética pueden provocar artefactos en las imágenes y/o calentamiento del dispositivo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 8W22TMER2FP1XD622292**
Fecha de la firma: 16/11/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89