ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-559	PS/EML/146104

PRODUCTO
Jeringas Steriflush de NaCl al 0,9 %.
Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Jeringas precargadas para la limpieza de vías y catéteres.

FABRICANTE
Sterisets Manufacturing S.A., Portugal.

DISTRIBUIDOR
BARNA IMPORT MEDICA S.A (Bimedica),Pº de la Campsa, 66, 08940 Cornellà de Llobregat,Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de las jeringas Steriflush de NaCl al 0,9 % debido a deficiencias detectadas en el proceso de fabricación a raíz de los resultados de una inspección realizada por la autoridad competente portuguesa en las instalaciones del fabricante.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.