MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-562	PS/MBF/146872

PRODUCTO

- Llave de paso BD Connecta con tubo de extensión - 16 cm (blanca). Referencia: 394995. UDI-DI: 00382903949953.
- Llave de paso BD Connecta con tubo de extensión - 16 cm (azul). Referencia: 394997. UDI-DI: 00382903949977.

FINALIDAD PREVISTA

Administrar líquidos o medicamentos a través de uno o dos puertos diferentes mediante una cánula intravenosa o un tubo de extensión. Los puertos pueden utilizarse para obtener muestras de sangre o para la monitorización hemodinámica.

Nº LOTE

Ver nºs de lote afectados en la página web indicada en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

BD Switzerland Sàrl, Suiza.

DISTRIBUIDOR

Ver listado de distribuidores adjunto.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados lotes de las llaves de paso BD Connecta con tubo de extensión debido a la posibilidad de que se hayan fabricado con una cantidad insuficiente de disolvente, lo que puede provocar que el tubo se separe del componente Luer macho y se comprometa la vía de administración de líquidos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Listado de distribuidores

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: F6TC2JNPCVDHE62S2221**
Fecha de la firma: 17/11/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89