ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**	**FECHA**
2018-007	PS/PF/43111	04/01/2018
PRODUCTO Analizador CELL-DYN Emerald 22, referencia 09H59-01		
Nº SERIE Todos los analizadores con número de serie inferior a 000700		
VERSION SOFTWARE V3.0.0		
FABRICANTE Abbott Laboratories, EEUU		
DISTRIBUIDOR Abbott España, sita en la Avenida de Burgos 91, 28050 Madrid		
ASUNTO Advertencia de seguridad debido a que en las gráficas impresas de Levey-Jennings (L-J), los parámetros diferenciales de las subpoblaciones de WBC (recuento de leucocitos) no concuerdan con las gráficas L-J disponibles en pantalla.		
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa		

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS
P.A.: La Consejera Técnica



Fdo.: Carmen Valls