ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**	**FECHA**
2018-10	PS/AZ/42857	05/01/2018
PRODUCTO Banda gástrica ajustable LAP BAND. Código C-20360.		
Nº LOTE AF00929		
Nº SERIE Ver números de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.		
FABRICANTE Apollo Endosurgery, Inc. (EEUU).		
ASUNTO Retirada del mercado de determinados números de serie del lote AF00929, debido a un error en el etiquetado.		
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa		

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS
P.A.: La Consejera Técnica

agencia española de medicamentos y productos sanitarios
Departamento de Productos Sanitarios

Fdo.: Carmen Valls