ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**	**FECHA**
2018-011	PS/AZ/43038	08/01/2018

PRODUCTO

- Alérgeno c5 ImmunoCAP, Ampicilina, número de artículo 14-4450-01
- Alérgeno c6 ImmunoCAP, Amoxicilina, número de artículo 14-4451-01

Nº LOTE

Artículo 14-4450-01: Lotes 990DS, 990DT, 990DU, 990DV, 990DW 990DX, 990DY, 990DZ.
Artículo 14-4451-01: Lotes 991DA, 991DB, 991DC, 991D7, 991D8, 991D9.

FABRICANTE

Phadia AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR

Thermo Fisher Diagnostics, S.L.U; Avda. Alcalde Barnils, 70, 2ª planta, 08174, Sant Cugat del Vallés (Barcelona).

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados lotes debido a un problema relativo a la estabilidad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS
P.A.: La Consejera Técnica



Fdo.: Carmen Valls