ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**	**FECHA**
2018-015	PS/SHC/43107	09/01/2018

PRODUCTO AFECTADO EN ESPAÑA
Pistola de grapas (clips), modelos CG8900, CG8901, CG8901A

FINALIDAD PREVISTA
Indicado para lograr la hemostasia durante la cirugía craneal, a fin de evitar el sangrado arterial de los vasos pequeños de la piel y de los vasos más profundos bajo el cuero cabelludo.

Nºs DE LOTE
Ver nºs de lote afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Medtronic, Inc., EEUU

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica S.A., C/ María de Portugal, 11 , 28050 Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de la pistola de grapas, debido a un embalaje inadecuado del producto que puede comprometer su esterilidad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS
P.A.: La Consejera Técnica

agencia española de medicamentos y productos sanitarios
Departamento de Productos Sanitarios

Fdo.: Carmen Valls