ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**	**FECHA**
2018-018	PS/SM/43158	10/01/2018
PRODUCTO Andago V2.0.		
FINALIDAD PREVISTA Equipo de tecnología robótica para el entrenamiento de la marcha y el equilibrio en pacientes con discapacidades para caminar o equilibrar, causados por afecciones de origen neurológico, ortopédico, muscular, cardiovascular u otro origen.		
FABRICANTE Hocoma AG, Suiza.		
DISTRIBUIDOR Samarit Mediberica S.L.L. Petunia 5, Cobeña 28863, Madrid.		
ASUNTO Advertencia de seguridad en relación al uso de las barras paralelas opcionales debido al riesgo de fallo mecánico, hasta que se proceda a su sustitución.		
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa.		

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS

agencia española de medicamentos y productos sanitarios
Departamento de Productos Sanitarios

Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna