ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**	**FECHA**
2018-020	PS/ME/41977	10/01/2018
PRODUCTO Tornillo Abutment Screw Diamond del sistema de implantes OPRA.		
FINALIDAD PREVISTA OPRA es un sistema de restauración de la funcionalidad de las extremidades.		
REFERENCIA 1191 Y 1192		
FABRICANTE Integrum AB. Suecia.		
ASUNTO Advertencias adicionales de seguridad relacionadas con el reapriete del tornillo.		
INFORMACION ADICIONAL En noviembre de 2017, el fabricante emitió una Nota de Aviso en la que informaba de la posibilidad de rotura debido al reapriete del tornillo.		
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa.		

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS



Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna