ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**	**FECHA**
2018-023	PS/ME/42763	11/01/2018

PRODUCTO
Pentacam® AXL.

FINALIDAD PREVISTA
Pentacam® AXL obtiene imágenes del segmento anterior del ojo: córnea, pupila, cámara anterior y cristalino.

VERSIÓN DE SOFTWARE
1.21r01, 1.21r03, 1.21r11, 1.21r13.

FABRICANTE
OCULUS Optikgeräte GmbH. Alemania.

DISTRIBUIDOR
OCULUS Iberia S.L. Sector de los Escultores, 4, Local 5. 28760 Tres Cantos. Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que se muestren resultados erróneos en la visualización de los colores sobre la calidad del valor especificado, debido a una anomalía del software.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso empresa

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS

agencia española de medicamentos y productos sanitarios
Departamento de Productos Sanitarios

Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna