ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**	**FECHA**
2018-022	PS/NC/43246	11/01/2018

PRODUCTO

Prueba	Referencia	Lotes acabados en	Fecha de caducidad	Fecha de fabricación
ADVIA Centaur BNP (100 tests)	02816138	192 193 196	2018-01-20 2018-04-07 2018-04-18	2017-01-20 2017-04-07 2017-04-18
ADVIA Centaur BNP (500 tests)	02816634	192 193 196	2018-01-20 2018-04-07 2018-04-18	2017-01-20 2017-04-07 2017-04-18
ADVIA Centaur TSH3-Ultra (100 tests)	06491072	298 301	2018-01-27 2018-03-10	2017-01-27 2017-03-10
ADVIA Centaur TSH3-Ultra (500 tests)	06491080	298 301	2018-01-27 2018-03-10	2017-01-27 2017-03-10

FINALIDAD PREVISTA

Inmunoensayos para la determinación cuantitativa en sangre del péptido natriurético tipo B (BNP) y la hormona estimulante de la glándula tiroides (TSH), utilizados con los sistemas ADVIA Centaur CP, ADVIA Centaur XP y ADVIA Centaur XPT.

FABRICANTE

Siemens Healthcare Diagnostics, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U. Avenida Leonardo Da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid

ASUNTO

Advertencias de seguridad debido a que el cartucho Multi-diluyente 15 no se indicará como caducado en los sistemas ADVIA Centaur CP, XP y XPT al finalizar los 7 días correspondientes a la estabilidad dentro del sistema (OBS), cuando se utilizan determinados lotes de BNP y TSH3-Ultra.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS

agencia española de medicamentos y productos sanitarios
Departamento de Productos Sanitarios

Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna