ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**	**FECHA**
2018-030	PS/PF/43124	17/01/2018
PRODUCTO Sistemas de Resucitación Manual, BVM (Balón-Válvula-Mascarilla)		
Nº LOTE Ver referencias y lotes afectados distribuidos en España en la nota de aviso de la empresa		
FABRICANTE Intersurgical Ltd, UK		
DISTRIBUIDOR Intersurgical España, sita en calle Plasencia 39, Polígono Industrial Las Nieves, 28935 Móstoles		
ASUNTO Retirada del mercado debido a la posibilidad de que las válvulas direccionales ubicadas en la "placa posterior" del balón autoinflable estén orientadas incorrectamente.		
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa		

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS

agencia española de medicamentos y productos sanitarios
Departamento de Productos Sanitarios

Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna