ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**	**FECHA**
2018-034	PS/AZ/42817	19/01/2018

PRODUCTOS

- iQ-X 2.2.0 (con licencia de software válida)
- iQ-WEB ≤ 6.4.5 (sólo cuando se usa en conexión con un iQ-X 2.2.0 con licencia)
- iQ-4VIEW ≤ 2.0 (sólo cuando se usa en conexión con un iQ-X 2.2.0 con licencia)

FINALIDAD PREVISTA

Software de almacenamiento de imágenes

VERSION SOFTWARE

iQ-X2.2.0.

FABRICANTE

IMAGE Information System Europe GmbH (Alemania).

DISTRIBUIDOR

Comercial Centro Médico, S.L., Plaza Poeta Miguel Hernández, 5, 50007, Zaragoza.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relativas a la posibilidad de que uno de los componentes del software de almacenamiento de imágenes y distribuciones (PACS) iQ-WEBX, sea detectado como malware.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS



Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna