ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**	**FECHA**
2018-028	PS/FFG/43240	12/01/2018

PRODUCTO
Kits de depósito PORT-A-CATH® e Introductor Power PORT-A-CATH® II

FINALIDAD PREVISTA
Sistemas implantables de acceso venoso y arterial diseñados para permitir el acceso repetido al sistema vascular para la administración parenteral de medicamentos, fluidos y soluciones nutritivas, y para la toma de muestra de sangre venosa.

Nº DE MODELO Y Nº DE LOTE
Ver nº de modelos y lotes afectados en la nota de la empresa.

FABRICANTE
Smiths Medical International Ltd. Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Smiths Medical España, S.R.L.; Av. Diagonal, 635, 08028, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados modelos y lotes de los kits de depósito PORT-A-CATH® debido a la posibilidad de que no se hayan montado correctamente y de los kits Power PORT-A-CATH® II al poder incluir anillas de bloqueo equivocadas y un introductor incorrecto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso de la empresa

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS



Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna