ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**	**FECHA**
2018-040	PS/CH/43324	22/01/2018
PRODUCTO Sistemas de anestesia 9100c y Aelite		
Nº DE SERIE Ver números de serie afectados en el apéndice de la nota de aviso de la empresa.		
FABRICANTE GE Medical Systems Co., Ltd., China		
DISTRIBUIDOR General Electric Healthcare España. C/ Gobelas, 35-37, 28023 Madrid.		
ASUNTO Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que se produzca un fallo inesperado durante el uso del sistema relacionado con la pérdida de comunicación entre la tarjeta de Control Sample board y el módulo del display, lo que impide que el usuario pueda ajustar los parámetros de ventilación en la pantalla.		
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa		

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS



Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna