ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**	**FECHA**
2018-038	PS/CV/AZ/37410-37411	22/01/2018

PRODUCTOS

- Quik Jeringa Gasometría 3CC 23GA, Ref. 275-4023-100
- Eclipse Gaslyte J Gas Seguridad 3CC 23GA, Ref. 275-4023RHEC-100

Que incluyen las agujas BD Eclipse™ fabricadas por Becton Dickinson, EEUU.

FABRICANTE

CareFusion (EEUU).

DISTRIBUIDOR

Izasa Hospital, S.L.U. Plaza de Europa, 21-23, 08908, L'Hospitalet de Llobregat, (Barcelona).

ASUNTO

Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de sufrir un pinchazo accidental al utilizar la aguja BD Eclipse™.

INFORMACION ADICIONAL

En enero de 2017 la empresa Becton Dickinson remitió una nota de aviso con advertencias de seguridad debido a los informes recibidos relacionados con el desacoplamiento del protector de seguridad al usar las agujas BD Eclipse™ incluidas en las "Jeringas BD Luer-Lok™ con aguja de inyección BD Eclipse™" y "Jeringas de gasometría arterial BD Preset™ Eclipse™", lo que podría provocar un pinchazo accidental. La AEMPS transmitió esta información el 30 de enero de 2017 alerta nº 2017-055.

Al haberse detectado que los citados kits de respiración de la empresa CareFusion incluyen las agujas BD Eclipse™ fabricadas por Becton Dickinson, EEUU., la empresa distribuidora del producto en nuestro país está remitiendo una nota de aviso junto con la nota con las advertencias de seguridad de Becton Dickinson.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS

agencia española de medicamentos y productos sanitarios
Departamento de Productos Sanitarios

Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna